



Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Bijlage bij accreditatiecertificaat
Annexe au certificat d'accréditation
Annex to the accreditation certificate
Beilage zur Akkreditierungszertifikat

461-TEST

EN ISO/IEC 17025:2017

Versie / Version / Version / Fassung	7
Geldigheidsperiode / Validité / Validity / Gültigkeitsdauer	2021-05-21 - 2025-06-07

Maureen Logghe

Voorzitster van het Accreditatiebureau
La Présidente du Bureau d'Accréditation
Chair of the Accreditation Board
Vorsitzende des Akkreditierungsbüro

De accreditatie werd uitgereikt aan / L'accréditation est délivrée à /
The accreditation is granted to / Die akkreditierung wurde erteilt für:

BASF Antwerpen nv
Scheldelaan 600
2040 Antwerpen

Activiteitencentra / Sites d'activités / Sites of activities / Standorte mit aktivitäten:

BASF Antwerpen Analytische Diensten	Haven 725 Scheldelaan 600 2040 Antwerpen 4
-------------------------------------	--

Interne testcode	Monsters	Gemeten eigenschap	Beschrijving beproevingsmethode
LN Doc nr.1752	rookgas (afkomstig van emissies van stationaire bronnen)	Bepaling van stofgehalte (inclusief bijhorende monstername)	LUC//001 - EN 13284-1 gravimetrie
LN Doc nr.9125	Restbrandstof vloeistoffen	Bepaling C-concentratie in restbrandstoffen	Afgeleid van ASTM D5291 CHN-analyser
LN Doc nr.8351	Restbrandstof gassen	Bepaling C-concentratie in stookgassen	Afgeleid van NBN-EN 15984 GC-FID/TCD