Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Certificat d'Accréditation n° 014-CAL

En application des dispositions de l'arrêté royal du 31 janvier 2006 créant BELAC, le Bureau d'Accréditation atteste avoir délivré une accréditation conformément aux exigences de la norme EN ISO/IEC 17025:2017 à:

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire
FAVV - AFSCA - FASNK

Kruidtuinlaan 55 / Boulevard du Jardin Botanique 55

1000 Brussel - Bruxelles

Numéro d'entreprise: 0267.387.230

L'organisme a démontré posséder la compétence pour effectuer les activités réalisées dans les sites d'activités mentionnés dans la portée d'accréditation 014-CAL qui fait partie intégrante du présent certificat.

La version en vigueur de la portée d'accréditation est disponible via www.belac.be.

Ce certificat reste valable à condition que l'organisme continue de répondre aux conditions d'accréditation.

La Présidente du Bureau d'Accréditation BELAC,

Maureen LOGGHE

Version : **7**

Période de validité : **2026-06-22 - 2026-12-21**

La version originale de ce certificat est en néerlandais.

.be

BELAC BELAC BELAC

BELAC 6-319 R2-2025

Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Accreditatiecertificaat nr. 014-CAL

In uitvoering van de beschikkingen van het koninklijk besluit van 31 januari 2006 tot oprichting van BELAC, verklaart het Accreditatiebureau accreditatie conform de eisen van de norm EN ISO/IEC 17025:2017 te hebben verleend aan:

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire
FAVV - AFSCA - FASNK

Kruidtuinlaan 55 / Boulevard du Jardin Botanique 55

1000 Brussel - Bruxelles

Ondernemingsnummer: 0267.387.230

De instelling heeft aangetoond bekwaamheid te bezitten voor de activiteiten uitgevoerd in de activiteitencentra zoals gespecificeerd in de accreditatiescope 014-CAL die integraal deel uitmaakt van dit certificaat.

De huidige versie van de accreditatiescope is beschikbaar op www.belac.be.

Dit certificaat blijft geldig onder voorwaarde dat de instelling blijft voldoen aan de accreditatievoorwaarden.

De Voorzitster van het Accreditatiebureau BELAC,

Maureen LOGGHE

Versie : **7**

Geldigheidsduur : **2026-06-22 - 2026-12-21**

BELAC BELAC BELAC

BELAC 6-319 R2-2025

Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Accreditation Certificate No. 014-CAL

In compliance with the provisions of the Royal Decree of 31 January 2006 setting up BELAC, the Accreditation Board hereby declares to have granted accreditation conform the requirements of the standard EN ISO/IEC 17025:2017 to:

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire
FAVV - AFSCA - FASNK

Kruidtuinlaan 55 / Boulevard du Jardin Botanique 55

1000 Brussel - Bruxelles

Enterprise number: 0267.387.230

The body demonstrated the competence to perform the activities in the activity sites, as described in the scope of accreditation 014-CAL which is an integral part of the present certificate.

The current version of the scope of accreditation is available at www.belac.be.

This certificate remains valid as long as the body continues to meet the accreditation conditions.

The Chair of the Accreditation Board BELAC,

Maureen LOGGHE

Version : **7**

Validity period : **2026-06-22 - 2026-12-21**

Original version of this certificate is in Dutch.

.be

BELAC BELAC BELAC

BELAC 6-319 R2-2025

Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Akkreditierungszertifikat Nr. 014-CAL

Aufgrund der Bestimmungen des königlichen Erlasses vom 31. Januar 2006 zur Gründung von BELAC, bestätigt das Akkreditierungsbüro, gemäß den Vorschriften der Norm EN ISO/IEC 17025:2017, die folgende Stelle akkreditiert zu haben:

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire
FAVV - AFSCA - FASNK

Kruidtuinlaan 55 / Boulevard du Jardin Botanique 55

1000 Brussel - Bruxelles

Unternehmensnummer: 0267.387.230

Die Stelle hat ihre Kompetenz für die in den Aktivitätszentren durchgeführten Aktivitäten gemäß dem Geltungsbereich der Akkreditierung 014-CAL, der ein integraler Bestandteil des vorliegenden Zertifikats ist, nachgewiesen.

Die aktuelle Version des Geltungsbereichs der Akkreditierung ist unter www.belac.be verfügbar.

Dieses Zertifikat bleibt unter der Bedingung gültig, dass die Stelle die Akkreditierungsanforderungen weiterhin erfüllt.

Die Vorsitzende des Akkreditierungsbüros BELAC,

Maureen LOGGHE

Fassung : **7**

Gültigkeitsdauer : **2026-06-22 - 2026-12-21**

Die Originalfassung dieses Zertifikats ist in niederländischer Sprache.

.be

BELAC BELAC BELAC

BELAC 6-319 R2-2025

Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Bijlage bij accreditatiecertificaat
Annexe au certificat d'accréditation
Annex to the accreditation certificate
Beilage zur Akkreditierungszertifikat

014-CAL

EN ISO/IEC 17025:2017

Versie / Version / Version / Fassung	17
Geldigheidsperiode / Validité / Validity / Gültigkeitsdauer	2026-06-22 - 2026-12-21

Maureen Logghe
Voorzitster van het Accreditatiebureau
La Présidente du Bureau d'Accréditation
Chair of the Accreditation Board
Vorsitzende des Akkreditierungsbüro

De accreditatie werd uitgereikt aan / L'accréditation est délivrée à / The accreditation is granted to / Die akkreditierung wurde erteilt für:

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire
FAVV - AFSCA - FASNK
Kruidtuinlaan 55 / Boulevard du Jardin Botanique 55
1000 BRUSSEL - BRUXELLES

Activiteitencentra / Sites d'activités / Sites of activities / Standorte mit aktivitäten:

Federaal Laboratorium voor de Voedselveiligheid Melle (FLVVM)	Brusselsesteenweg 370 A B-9090 MELLE

BELAC
BELAC

Grootheid/Meettoestel Grandeur/Instrument	Meetbereik Etendue de mesure	Uitgebreide meetonzekerheid (*) Incertitude élargie (*)	Opmerkingen Remarques	Kalibratieprocedure/methode Procedure/méthode d'étalonnage
Volumemeetinstrumenten uitgerust met zuigersystemen Appareils volumétriques à piston				
Eenkanaals pistonpipetten Pipettes monocanal à piston (Type A)	V = 10 µL	0,20 µL		Gravimetrisch volgens ISO 8655-6 Gravimétrique selon la norme ISO 8655-6
	V = 20 µl ≤ V< 100 µl	0,20 µl		
	V = 100 µl	0,27 µL		
	200 µl ≤ V ≤ 1000 µl	0,42 µL		
	V > 1000 µl	4,36 µl		
Eenkanaals pistonpipetten Pipettes monocanal à piston (Type D2)	20 µl ≤ V≤ 1000 µl	0,20 µL		Gravimetrisch volgens ISO 8655-6 Gravimétrique selon la norme ISO 8655-6
	V > 1000 µl	2,64 µL		
	V = volume			

(*) de kleinste meetonzekerheid die het laboratorium aan zijn klanten kan bieden, uitgedrukt als de uitgebreide onzekerheid met een dekkingswaarschijnlijkheid van ongeveer 95%.
(*) la plus petite incertitude de mesure que le laboratoire puisse fournir à ses clients, exprimée en tant qu'incertitude élargie avec un niveau de confiance d'environ 95 %.

Grootheid/Meettoestel Grandeur/Instrument	Meetbereik Etendue de mesure	Uitgebreide meetonzekerheid (*) Incertitude élargie (*)	Opmerkingen Remarques	Kalibratieprocedure/methode Procedure/méthode d'étalonnage
Temperatuur Température				
Temperatuur indicatoren met weerstandvoeler Indicateurs de température (à capteur) à résistance	- 20 °C tot 150 °C	0,05 °C	Door vergelijking met referentiestandaarden in vloeistofbad Par comparaison à des standards de référence dans un bain liquide	I-MET070
	150 °C tot 200 °C	0,06 °C		
Dataloggers Dataloggers	-22 °C tot -18 °C	0,18 °C	Door vergelijking met referentiestandaarden in een diepvriezer Par comparaison à des standards de référence dans un congélateur	I-MET072
Dataloggers Dataloggers	0 °C tot 15 °C	0,16°C	Door vergelijking met referentiestandaarden in een klimaatkast Par comparaison à des standards de référence dans une enceinte climatisée	I-MET072

(*) de kleinste meetonzekerheid die het laboratorium aan zijn klanten kan bieden, uitgedrukt als de uitgebreide onzekerheid met een dekkingswaarschijnlijkheid van ongeveer 95%.
(*) la plus petite incertitude de mesure que le laboratoire puisse fournir à ses clients, exprimée en tant qu'incertitude élargie avec un niveau de confiance d'environ 95 %.