



Annexe au certificat d'accréditation
Bijlage bij accreditatie-certificaat
Annex to the accreditation certificate
Beilage zur Akkreditierungszertifikat

112-CAL

NBN EN ISO/IEC 17025:2005

Version/Versie/Version/Fassung	2
Date d'émission / Uitgiftedatum / Issue date / Ausgabedatum:	2015-09-10
Date limite de validité / Geldigheidsdatum / Validity date / Gültigkeitsdatum:	2020-09-15

Nicole Meurée-Vanlaethem

La Présidente du Bureau d'Accréditation

Voorzitster van het Accreditatiebureau

Chair of the Accreditation Board

Vorsitzende des Akkreditierungsbüro

L'accréditation est délivrée à/ De accreditatie werd uitgereikt aan/

INSTITUT ERNEST MALVOZ

Quai du Barbou, 4

4020 LIEGE

Pour des activités exécutées par/ Voor activiteiten uitgevoerd door/

Laboratoire Santé et Cadre de Vie

Secrétariat:

Service public fédéral, Economie,
P.M.E., Classes moyennes et Energie

Direction générale de la Qualité et de la Sécurité

Division Qualité et Innovation

Bd du Roi Albert II, 16 - 5^{ème} étage - B-1000 Bruxelles

Website: <http://economie.fgov.be>

Numéro d'entreprise: 0314.595.348

Accréditation BELAC Accreditation

Tél: +32 2 277 54 34

Fax: +32 2 277 54 41

Internet: <http://belac.fgov.be>

E-Mail: Belac@economie.fgov.be

Secretariaat:

Federale Overheidsdienst, Economie,
K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid

Afdeling Kwaliteit en Innovatie

Koning Albert II-laan 16 - 5^{ème} verd. - B-1000 Brussel

Website: <http://economie.fgov.be>

Ondernemingsnummer: 0314.595.348

.be

N° de la procédure d'essai	Instruments Domaine d'étalonnage	CMC (Calibration and Measurement Capability) exprimée sous forme d'une incertitude élargie (k=2)	Méthode
Etalonnage température			
IME-OPG-027	Thermomètres de - 25 °C à 120 °C	0,08 °C	Méthode par comparaison dans un bain thermostaté, avec sonde Thermométrique étalon type Pt 1000 Ω