



Organisme belge d'Accréditation  
Belgische Accreditatieinstelling  
Belgische Akkreditierungsstelle  
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Bijlage bij accreditatiecertificaat  
Annexe au certificat d'accréditation  
Annex to the accreditation certificate  
Beilage zur Akkreditierungszertifikat

# 595-CAL

EN ISO/IEC 17025:2017

Versie / Version / Version / Fassung	5
Geldigheidsperiode / Validité / Validity / Gültigkeitsdauer	2021-05-07 - 2025-01-11

## Maureen Logghe

Voorzitster van het Accreditatiebureau  
La Présidente du Bureau d'Accréditation  
Chair of the Accreditation Board  
Vorsitzende des Akkreditierungsbüro

De accreditatie werd uitgereikt aan / L'accréditation est délivrée à /  
The accreditation is granted to / Die akkreditierung wurde erteilt für:

**Infralab bv**  
**Starrenhoflaan 44/5**  
**2950 Kapellen**

### Calibration and Measurement Capabilities

BELAC 6-017 code	Grootheid/ Meettoestel	Meetbereik	uitgebreide meetonzekerheid (*)	opmerkingen	kalibratieprocedure/methode
<b>Geometrische grootheden</b>					
1.5.6	Draadzeven	20 µm tot 200 µm 0,2 mm tot 1 mm 1 mm tot 6 mm 6 mm tot 125 mm	1,3 µm 1,4 µm 2,3 µm 15 µm		Uitvoering conform ISO 3310-1
1.5.6	Plaatzeven	4 mm tot 125 mm	15 µm		Uitvoering conform ISO 3310-2

(\*) de kleinste meetonzekerheid die het laboratorium aan zijn klanten kan bieden, uitgedrukt als de uitgebreide onzekerheid met een dekkingwaarschijnlijkheid van ongeveer 95%.